

仕様書

整理番号	30678
品名・数量	フリーズトラップ 1台 大型電気マッフル炉 1台
納期	令和7年2月28日(金)
納入場所	周南流域下水道浄化センター(光市浅江懸山10929-125)
仕様1	
品名	フリーズトラップ
数量	1台
仕様	冷却温度 -45℃ 冷却槽容量 約3L 冷却コイル内径 φ90mm 冷凍機 250W 電源 AC100V 60Hz (付属品) ノズル付き蓋
基準品	タイテック(株) VA-250F (付属品) ノズル付き蓋 NF-025
仕様2	
品名	大型電気マッフル炉
数量	1台
仕様	使用温度範囲 100℃~1,150℃(常用最高温度1,100℃) 温度調節精度 ±1.5℃ at1,150℃ 温度分布精度 ±3℃ at1,000℃ 温度上昇時間 80分 室温→1,150℃ 使用周囲温度 5℃~35℃ 炉内容積 約18L 電源 AC200V 60Hz (付属品) 排気ユニット フレキシブルホース:1.6m、排気口:ステンレス外径65mm
基準品	(株)東洋製作所 FUW242PB (付属品)排気ユニット FU000191

共通事項	
その他	①見積金額には、必要に応じて運搬・設置及び既存品撤去等の費用を含めること。 ②納品後1年間は無償保証期間とすること。また、それ以降についても設置当初の装置の不具合に起因するものは無償で対応すること。 ③当該機器の構造・操作方法・メンテナンス等について、使用者へ説明を1回行うこと。 ④日本語による操作マニュアル及び簡易操作マニュアルを提供すること。 ⑤故障時等において、迅速に対応(修理・調整)できること。 ⑥国内に部品及び消耗品が在庫されていること。 ⑦当該機器の生産中止後、7年間は部品等の供給が可能なこと。 ⑧本体に必然的に必要となる付属品については、本仕様書の記載に関わらず全て提供すること。 ⑨この仕様に関する疑義事項が生じた場合は、受注者はその都度、発注者と協議すること。
同等品	同等品可
問い合わせ先	<契約担当課>見積手続き等に関すること 会計管理局物品管理課 担当 田中 T E L : 083-933-3960 F A X : 083-933-3969
	<発注課>仕様に関すること 土木建築部都市計画課 担当 山下 T E L : 083-933-3720 F A X : 083-933-3749

*****見積書提出期限:令和7年1月8日(水)13:00【会計管理局物品管理課 必着】*****

注) 同等品で見積もりをされる方は、事前に発注課に同等品規格確認票を提出のうえ、了承を得た後に見積書を提出してください。

なお、同等品規格確認票の様式は、山口県のホームページより入手できます。

*****同等品規格確認票提出期限:令和6年12月27日(金)17:00【発注課必着】*****