

仕 様 書

| | |
|---------|--------------------|
| 案件名 | スクリーバイアルセット外の購入 |
| 見積書提出期限 | 令和7年2月19日(水) 13時まで |
| 納入期限 | 令和7年3月21日(金) |
| 納入場所 | 山口県警察本部(山口市滝町1番1号) |

| 品名 | 規格・サイズ・材質等 | 数量 | 単位 | 基準品 | 備考 |
|------------------------------|--|----|-----|--|-----------|
| スクリーバイアルセット | <ul style="list-style-type: none"> ○500組入 ○容量1.5mL程度 ○セプタム部PTFE/シリコン製 ○本体部透明ガラス製(ラベル付き) | 2 | セット | ・GLサイエンス 1030-54134 | 相当品 可 |
| セプタム付クリップキャップ (シリコン/PTFE) | <ul style="list-style-type: none"> ○100個入 ○セプタム部シリコン/PTFE ○キャップ部 アルミ製 ○プレッシャーリリース(安全構造)であること | 10 | セット | ・島津GLC 227-34145-01 | 相当品 不可 |
| QuickProfile-3 | <ul style="list-style-type: none"> ○25個入 ○尿中大麻代謝物の検出感度が50ng/mL程度 ○尿中クレアチニン、pHが測定できること | 1 | セット | ・ベリタス LMQ-74005-TC-2A | 相当品 不可 |
| アキュサインワンステップ THCテスト | <ul style="list-style-type: none"> ○35個入 ○尿中大麻代謝物の検出感度が50ng/mL程度 ○THCのシングルタイプであること | 1 | セット | ・関東化学 49502-02 | 相当品 不可 |
| 炭酸カリウム | <ul style="list-style-type: none"> ○500g ○1級以上の試薬であること | 2 | 本 | ・富士フイルム和光純薬 165-03505 ・関東化学 32323-01 | 相当品 可 |
| pH試験紙 (UNIV, スペア) | <ul style="list-style-type: none"> ○9mm×6m ○ロールタイプ ○pH測定範囲1～11程度 | 2 | 箱 | ・アドバンテック 07011050 ・三商 15-2125 | 相当品 可 |