仕 様 書

案件名	メタノール 外
見積書提出期限	令和7年8月6日(水) 13時まで
納入期限	令和7年9月5日(金)
納入場所	山口県警察本部(山口市滝町1番1号)

品名	規格・サイズ・材質等	数量	単位	基準品	備考
メタノール(LC/MS用)	○3L ○LC/MS用であること	3	本	・富士フイルム和光純薬 134-14523 ・関東化学 25185-76	相当品 可
メタノール(特級500mL)	○500mL ○特級以上の試薬であること	1	本	・富士フイルム和光純薬 131-01826 ・関東化学 25183-00	相当品 可
アセトン(特級500mL)	○500mL ○特級以上の試薬であること	1	本	・富士フイルム和光純薬 016-00346 ・関東化学 01026-00	相当品 可
アセトン(特級3L)	○3L ○特級以上の試薬であること	1	本	・富士フイルム和光純薬 012-00343 ・関東化学 01026-70	相当品 可
ヘキサン	○3L ○特級以上の試薬であること	1	本	・富士フイルム和光純薬 085-00411 ・関東化学 18041-70	相当品 可
アンモニア水	○500mL ○特級であること	1	本	・富士フイルム和光純薬 016-03146 ・ナカライテスク 02512-95	相当品 可
塩酸	○500mL ○特級であること	1	本	・富士フイルム和光純薬 080-01066 ・関東化学 18078-00	相当品 可
亜鉛粉末	○500g ○1級以上の試薬であること	1	本	・関東化学 48005-01 ・富士フイルム和光純薬 268-00905	相当品 可
テルモシリンジ	○100本入 ○容量1mL ○材質ポリプロピレン ○ツベルクリン用	10	箱	・三商 72-0141 ・アズワン 1-4908-01	相当品 可
スライドグラス	○100枚入 ○高級ガラスソーダガラス ○水縁磨であること ○フロスト加工があること	2	箱	・アズワン 1-6724-05 ・三商 83-0288	相当品 可
スクリー管瓶(20mL)	○50本入 ○容量20mL ○キャップ:ポリプロピレン製(ねじロキャップ) ○本体:透明硼珪酸ガラス	1	箱	・アズワン 9-852-07 (1箱55本入り) ・ケニス 1-131-0256 (1箱50本入り)	相当品 可
HPLCカラム(Hypersil GOLD)	○内径2.1mm×長さ50mm ○粒子径5μm ○ネジ式形式島津ジョイント	2	本	・サーモフィッシャー社 25005-052130	相当品 不可
インサート	○500本入 ○容量0.5mL ○ガラス製 ○平底 ○バイアル口径6mmに適応	2	セット	・GLサイエンス 1030-80379	相当品 可
固相抽出カートリッジ(HLB PRIME)	○100個入 ○容量3cc ○薬物抽出での適切な保持能力 ○夾雑物の適切な分離 ○酸性、塩基性、中性全ての化合物に対応	3	箱	・Waters 186008056	相当品 不可
固相抽出カートリッジ(MCX)	○100個入 ○容量3cc ○薬物抽出での適切な保持能力 ○夾雑物の適切な分離 ○逆相-陽イオン交換ミックスモード固相	2	箱	・Waters 186000254	相当品 不可