

# 仕 様 書

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 案件名     | 炭酸ナトリウム 外の購入       |
| 見積書提出期限 | 令和8年8月12日(水) 13時まで |
| 納入期限    | 令和8年9月11日(金)       |
| 納入場所    | 山口県警察本部(山口市滝町1番1号) |

| 品名                        | 規格・サイズ・材質等                                                                                                   | 数量 | 単位 | 基準品                                      | 備考       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------|----------|
| 炭酸ナトリウム                   | ○試薬特級<br>○無水であること<br>○容量500gの粉末                                                                              | 3  | 本  | ・富士フィルム和光純薬<br>199-01585                 | 相当品<br>可 |
| 薬包紙                       | ○ハレシン製<br>○500枚入<br>○滅菌されているもの<br>○120×120mmサイズかつ白色                                                          | 10 | 袋  | ・アズワン<br>7-8381-33                       | 相当品<br>可 |
| 超立体マスク(ソフトーク)             | ○ポリオレフィン製<br>○150枚入<br>○一層構造だが、フィルター部が厚いこと<br>○立体成型                                                          | 2  | 箱  | ・アズワン<br>6-8541-21                       | 相当品<br>可 |
| 消毒用エタノール                  | ○容量5リットル<br>○エタノール濃度76.9～81.4%程度<br>○第4類アルコール類<br>○指定医薬部外品でも可                                                | 1  | 個  | ・健栄製薬<br>消毒用エタノールIPA 5L<br>4987286415284 | 相当品<br>可 |
| 超音波洗浄器用アルカリ性<br>洗浄剤       | ○アルカリ性であること<br>○超音波洗浄器での使用が可能で、洗浄器<br>及び器具への影響が少ないこと<br>○内容量4kg                                              | 1  | 個  | アズワン<br>2-998-04                         | 相当品<br>可 |
| 使い捨てスポンジ                  | ○器具の洗浄に適していること<br>○ポリウレタンフォーム製であること<br>○30個入                                                                 | 10 | 袋  | アズワン<br>68-4131-22                       | 相当品<br>可 |
| カバーガラス                    | ○18mm×18mm<br>○厚み0.12～0.17mm<br>○1000枚入<br>○材質が硼硅酸ガラス<br>○無色透明                                               | 2  | 箱  | ・アズワン<br>2-176-01                        | 相当品<br>可 |
| スライドガラス                   | ○26mm×76mm<br>○厚み0.9～1.2mm<br>○100枚入<br>○顕微鏡観察に適した高品質のガラスで製造<br>されたもの<br>○縁が研磨されていること                        | 10 | 箱  | ・アズワン<br>1-6724-01                       | 相当品<br>可 |
| 50mL遠心チューブ(スクルー<br>キャップ付) | ○ポリエチレン製で透明<br>○容量50mL用<br>○電子線などで滅菌されたもの<br>○200本入り(20本単位で包装)<br>○遠心チューブはV底で、スクルー式の蓋が付い<br>たもの<br>○オートクレーブ可 | 1  | 袋  | ・アズワン<br>1-3500-22                       | 相当品<br>可 |